



164 Déclaration de conformité

4 Févr 2025 Declaration of Conformance

Numéro de série Serial No.	820340775	Client Customer	BUREAU VERNAY Laurent GALIX 100 Impasse des Prés Seigneurs 01120 LA BOISSE
N° d'identification Ident-No.	820340775	Humidité Humidity	39,0%
Fabricant Manufacturer	STAHLWILLE	Température [°C] Temperature [°C]	21,0°C
Référence catalogue Catalogue No.	701/2	Étalonnage Calibrating device	817461315
Gamme Tool range	0,8-20N·m	Logiciel Software	Torkmaster 5.1.3.1
Moyen de serrage Tool	Moyen de mesure	Méthode de test Test method	DIN EN ISO 6789-1:2017
Type/Classe Type / Class.	Type I: à lecture directe, ClasseC	Prochaine calibration Next calibration	4 Févr 2026
Dérive Deviation	4,0 %		
Adaptateur Adaption			
Allonge amovible Extension Interchangeable Element	0,0mm		
Extension de poignée Extension Handle			
Transducteur Test equipment	7721-1,0,4-20N·m, 1517490165, 1FR23008035, 141Oct12025		
Ecart de mesure max. Max. measurement error	0,03 %	Intervalle d'incertitude de mesure relative rel. Measurement uncertainty interval	0,14 %

Valeur

Calibration values

Valeurs cibles Target values	0,8 N·m	MA	12 N·m	60,00 %	20 N·m	100,00 %
Valeurs d'échelle Scale readings	0,8 N·m	MA	12 N·m	60,00 %	20 N·m	100,00 %

	Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m		Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m		Valeur Act. Val. N·m	Dérive Deviation N·m	
		%			%			%	
Couple à droite Clockwise torque	0,802	0,002	0,25	12,049	0,049	0,41	20,084	0,084	0,42
	0,803	0,003	0,37	12,045	0,045	0,37	20,079	0,079	0,39
	0,805	0,005	0,62	12,036	0,036	0,30	20,078	0,078	0,39
	0,800	0,000	0,00	12,030	0,030	0,25	20,079	0,079	0,39
	0,799	-0,001	-0,13	12,034	0,034	0,28	20,073	0,073	0,36
Moyenne $\bar{X}_r$ Average $\bar{X}_r$	0,802			12,039			20,079		

Couple à gauche (antihoraire) Anticlockwise torque									
Moyenne $\bar{X}_r$ Average $\bar{X}_r$									

Dérive max. [%] Max. deviation [%]	0,62 %	OK	Date de calibration Calibration date	4 Févr 2025 12:21:35
L'erreur de mesure du capteur est inférieure au 1/4 de la dérive maximum admissible de la clé	OK	Responsable responsible person	BANC2	
The measuring error of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation		Directeur du laboratoire Head of calibration	David HUSTACHE	
L'émetteur de ce certificat d'étalonnage est seul responsable de l'étalonnage et de sa documentation. La répétition de ce certificat d'étalonnage est formellement interdite. Si la clé à déclenchement est hors de la plage de dérive de 20%, ce sera illustré par "Pas de clic". Les outils à tête amovible sont mesurés dans l'axe horizontal				
The issuer of this certificate bears sole responsibility for calibration and documentation thereof. The duplication of extracts from this certificate is prohibited. If the click torque is outside a 20 % deviation range it might be represented as »kein« (no click). Tools with a flex head, are measured in the horizontal axis.				