



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT262572

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 14/09/2026

Client : **SNCF-UO Lyon Vaise Technicentre Aura**
Adresse : **60, Rue Bourgogne 69009 Lyon**
Numéro de commande : **63539-0000074415 ligne N° 2**
Date de commande : **14/09/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1945570012** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro S**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG004349** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97,8	201,2	300,6	403,8	504,8	606,2	706,8
Pression mesurée Descente	0	96,1	199,8	298,2	401,7	503,3	603,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2,2	+ 1,2	+ 0,6	+ 3,8	+ 4,8	+ 6,2	+ 6,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com