

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT261421

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 22/05/2026

Client : **EDF SAINT MICHEL DE MAURIENNE**
Adresse : **Route de la Centrale, 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE**
Numéro de commande : **5500-4310927197**
Date de commande : **21/05/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2238490007** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 9.3**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG017882** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,2	197,8	299,2	400,6	500,2	600,2	700,8
Pression mesurée Descente	0	98,4	196,1	297,7	399,2	498,6	598,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,2	- 2,2	- 0,8	+ 0,6	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,8

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com