



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT260821

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 23/03/2026

Client : **SABLIÈRE DE BALAGNE**
Adresse : **Lieu dit Carchellu, 20214 CALENZANA**
Numéro de commande : **BPA sur devis DE00012336**
Date de commande : **11/03/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N°** N° interne : **N/A**
Type :
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG067294** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois	
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,6	200,2	301,8	400,6	503,2	604,8	705,4
Pression mesurée Descente	0	98,7	198,2	300,4	398,8	501,7	602,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,6	+ 0,2	+ 1,8	+ 0,6	+ 3,2	+ 4,8	+ 5,4

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : **A. HUGONNARD**
Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com