



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°252175

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/08/2025

Client : **MANITOWOC CRANE GROUP France**

Adresse : **803, Route de Pouilly - 42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU**

Numéro de commande : **4300202668**

Date de commande : **31/07/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 23200299** N° interne : **I010**

Type : **JetPro 6.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **075256332** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEO 2	N° de série 124272	Certif.Étal.N° 029/PR/1023	Rattachement COFRAC
Date limite de validité 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023			
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101,8	202,3	300,4	401,6	503	602,8	703,7
Pression mesurée Desccente	0	99,5	199,9	297,8	398,9	500,4	599,9	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écart maxi : (1)-(2)	0	+ 1,8	+ 2,3	+ 0,4	+ 1,6	+ 3,0	+ 2,8	+ 3,7

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com