

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°251771

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 26/06/2025

Client : **LIEBHERR GRUES A TOUR**

Adresse : **BP 70046,68250 NIEDERHERGHEIM**

Numéro de commande : **413868**

Date de commande : **25/06/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 62010063** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 9.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **105 251 451** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois
KELLER type LEO 2				étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,4	196,8	300,6	398,4	501,6	602,1	700,2
Pression mesurée Desccente	0	97,2	194,4	297,9	396,6	499,5	599,3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0,6	- 3,2	+ 0,6	- 1,6	+ 1,6	+ 2,1	+ 0,2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com