



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT250142

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 14/01/2025

Client : **PLASTECH**

Adresse : **Pard tertiaire du bois Dieu - 6, allée des Chevreuils - 69380 LISSIEU**

Numéro de commande : **BPA devis n°DE00010483**

Date de commande : **09/01/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 61820087** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 10.3**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **105 255 914** N° interne : **N/A**
Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			étalonné le 07/11/2024
Manomètre étalonnée par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97.3	197.1	300.5	400.7	500.6	601.7	700.8
Pression mesurée Desccente	0	95.2	194.2	296.5	397.7	496.8	598.5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2.7	- 2.9	+ 0.5	+ 0.7	+ 0.6	+ 1.7	+ 0.8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com