



## CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE

PV N°241561

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 04/06/2024

Client : GE Hydro France

Adresse : 204, Rond Point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt

Numéro de commande : 4102568224

Date de commande : 31/05/2024

### Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 62010081 N° interne : 1029208

Type : HY 230

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : 105 257 432 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEO 2	N° de série 124272	Certif.Étal.N° 029/PR/1023	Rattachement COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 Manomètre étalonné par France métrologie			

### Résultats :

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	100,4	198,8	299,5	399,8	499,3	599,1	697,6
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	96,8	196,4	297,5	396,4	497,2	595,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,4	- 1,2	- 0,5	- 0,2	- 0,7	- 0,9	- 2,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : M. HERAUT

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)