



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT252892

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 16/10/2025

Client : FHP

Adresse : ZA DES SABLONS 14 RUE DU BOIS JACQUOT 54670 MILLERY

Numéro de command CF41580

Date de commande : **16/10/2025**

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° **62010082** N° interne : **N/A**
Type : **HY 230**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **105 257 449** N° interne : **N/A**
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,4	200,2	299,4	401	502,1	603,4	698
Pression mesurée Desccente	0	98,2	198,7	297,6	398,9	499,5	600,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,4	+ 0,2	- 0,6	+ 1,0	+ 2,1	+ 3,4	- 2,0

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com