



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°232846

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 11/10/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **930281799**

Date : **11/10/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° N/A** N° interne : **N/A**

Type :

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **125 251 204** N° interne : **97637**

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEX 1	N° de série 2845	Certif.Étal.N° 065/PR/1022	Rattachement COFRAC
Date limite de validité 20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022			
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	95	195,1	296,3	395,9	500,1	601,3	699,6
Pression mesurée Desccente	0	89,6	187,8	289,5	389,2	491,5	593,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 5,0	- 4,9	- 3,7	- 4,1	+ 0,1	+ 1,3	- 0,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com