



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT233261

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 22/11/2023

Client : **LIEBHERR Distribution et Service France SAS**
Adresse : **2 Avenue Joseph Rey 68000 COLMAR**
N° de commande : **286647**
Date : **22/11/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 701 675** N° interne : **N/A**
Type : **QAS**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **132 950 113** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : 0-700Bars
Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEO 2	N° de série 124272	Certif.Étal.N° 029/PR/1023	Rattachement COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Date limite de validité 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101,8	202,2	303,4	404,2	504,8	604,3	704,2
Pression mesurée Desccente	0	92,8	193,9	296,1	395,7	495,9	592,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,8	+ 2,2	+ 3,4	+ 4,2	+ 4,8	+ 4,3	+ 4,2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L. POGORBSKY
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com