



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT250582

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 27/02/2025

Client : **A.J. MARINE**

Adresse : **230, Route des Dolines - VALBONNE SOFIA ANTIPOlis - 06560 VALBONNE**

Numéro de commande : **BPA devis DE00010782**

Date de commande : **26/02/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 21500546** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro S**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **140 855 989** N° interne : **N/A**
Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1				Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101,4	201,1	301,5	400,8	500,6	601,5	702,3
Pression mesurée Desccente	0	97,9	197,4	298,9	397,6	498,7	599,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,4	+ 1,1	+ 1,5	+ 0,8	+ 0,6	+ 1,5	+ 2,3

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com