



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT2503114**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 31/01/2025

Client : GE HYDRO France SAS

Adresse : Etablissement de GRENOBLE, 75 Rue général Mangin, 38100 GRENOBLE

Numéro de commande : 4102661625/0

Date de commande : 30/01/2025

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° 21500593 N° interne : N/A  
Type : Mini Jet  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES  
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière  
N° de série : 141 250 687 N° interne : N/A  
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar  
Classe : 1  
Erreur maxi admissible en bar : 7  
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

**Résultats :**

Pression mesurée (1) Montée	0	98.4	195.4	296.8	398.4	498.2	599.2	700.4
Pression mesurée Desccente	0	97.4	193.5	294.8	396.1	497.1	598.3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1.6	- 4.6	- 3.2	- 1.6	- 1.8	- 0.8	+ 0.4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)