



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°232854

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 12/10/2023

Client : **GE STEAM POWER SERVICES**

Adresse : **3, Avenue des 3 chênes Bât 37 RDC EST 90018 BELFORT**

N° de commande : **7200010447**

Date : **12/10/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 12.11482** N° interne : **74-7259-0001**

Type : **ITH**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **ITH**

Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**

N° de série : **141 857 727** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : 0-800Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 8

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEX 1	N° de série 2845	Certif.Étal.N° 065/PR/1022	Rattachement COFRAC Date limite de validité 20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 Manomètre étalonné par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	105	207	306	407	507	608	808
Pression mesurée Desccente	0							
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	800
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 5,0	+ 7,0	+ 6,0	+ 7,0	+ 7,0	+ 8,0	+ 8,0

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : J-L.POGORBSKY

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com