



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT250223

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 22/01/2025

Client : **INDUSTEAM**

Adresse : **CHEMIN DU LEIDT, 57100 THIONVILLE**

Numéro de commande : **CD6121**

Date de commande : **21/01/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 25601600** N° interne : **1047N**

Type : **JetPro 9.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**

N° de série : **144 350 982** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			étalonné le 07/11/2024
Manomètre étalonné par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103.7	202.6	303.2	403.8	504.9	602.5	704.3
Pression mesurée Desccente	0	100.1	199.8	298.9	400.2	500.1	599.6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3.7	+ 2.6	+ 3.2	+ 3.8	+ 4.9	+ 2.5	+ 4.3

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com