



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°241732

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 21/06/2024

Client : **INDUSTEAM**
Adresse : **Chemin du Leidt, 57100 Thionville**
Numéro de commande : **CD5802**
Date de commande : **07/06/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 25601599** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 9.3**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **144 350 986** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0-700Bars**
Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois	
KELLER type LE0 2				étalonné le 30/10/2023	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101,7	201,8	303,4	404,4	506,4	606,4	704,4
Pression mesurée Descente	0	96,8	196,4	299,6	399,2	500,2	601,,3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,7	+ 1,8	+ 3,4	+ 4,4	+ 6,4	+ 6,4	+ 4,4

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com