



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT252412

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/08/2025

Client : **EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES**
Adresse : **539, Avenue Lavoisier - 44590 Derval**
Numéro de command **C400893413**
Date de commande : **29/08/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 61700087** N° interne : **N/A**
Type : **JetPro 12.3**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **144 750 235** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois	étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1					Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103,4	203,2	304,4	406,2	506,2	606,4	705,8
Pression mesurée Desccente	0	101,5	200,8	302,1	404,9	503,8	603,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3,4	+ 3,2	+ 4,4	+ 6,2	+ 6,2	+ 6,4	+ 5,8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com