



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°250551LOC**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 24/02/2025

Client : HYTORC LOCATION

Adresse : 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

Numéro de commande : N/A

Date de commande : N/A

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° 23501006 N° interne : N/A  
Type : JetPro 5.3  
Désignation : Manomètre à bain huile  
Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES  
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière  
N° de série : 152 250 134 N° interne : N/A  
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar  
Classe : 1  
Erreur maxi admissible en bar : 7  
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	97,3	196,8	299,2	398,8	499,5	598,1	697,5
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	95,8	194,1	297,3	396,2	497,8	596,4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2,7	- 3,2	- 0,8	- 1,2	- 0,5	- 1,9	- 2,5

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)