



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT252761**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 03/10/2025

Client : **PAYANT**

Adresse : **45 route de Savoie, 38420 DOMENE**

Numéro de command : **01MAA25092305**

Date de commande : **25/09/2025**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 23200062** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 6.3**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **2 018 888** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

<b>Conditions climatiques</b>		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique <b>KELLER type LEX 1</b>	<b>2845</b>	<b>24-296-PR-CE</b>	<b>COFRAC</b>	<b>07/11/2025 +/- 1 mois</b> étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	100,2	203,1	301,3	402,4	503,9	604	703,9
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	98,4	201,5	299,8	400,1	502,9	601	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,2	+ 3,1	+ 1,3	+ 2,4	+ 3,9	+ 4,0	+ 3,9

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)