



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT250282**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 28/01/2025

Client : **MANITOWOC CRANE GROUP**

Adresse : **ZA Les Mesnils Pasteur - Rue des Equevillons - 39100 DOLE**

Numéro de commande : **4300194637**

Date de commande : **27/01/2025**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 23200085** N° interne : **N/A**  
Type : **JetPro 6.3**  
Désignation : **Manomètre à bain huile**  
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**  
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**  
N° de série : **2 307 445** N° interne : **N/A**  
Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**  
Classe : **1**  
Erreur maxi admissible en bar : **7**  
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique <b>KELLER type LEX 1</b>	<b>2845</b>	<b>24-296-PR-CE</b>	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	99.6	199.4	299.6	399.1	499.5	599.1	700.1
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	97.1	197.2	296.5	397.2	496.9	597.1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>- 0.4</b>	<b>- 0.6</b>	<b>- 0.4</b>	<b>- 0.9</b>	<b>- 0.5</b>	<b>- 0.9</b>	<b>+ 0.1</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)