



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253243

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 20/11/2025

Client : PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES

Adresse : 5, Rue Paul Sabatier - 71 100 CHALON SUR SAONE

Numéro de commande : 224556

Date de commande : 20/11/2025

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 120387/60 N° interne : PEYDY9

Type : LOG Hydraulique

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : ALKITORC

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : 369 006 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			étalonné le 07/11/2024
Manomètre étalonné par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	94,7	195,2	295,3	397,7	498,4	601,5	701,8
Pression mesurée Desccente	0	93,4	194,6	294,1	396,5	497,2	600,3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 5,3	- 4,8	- 4,7	- 2,3	- 1,6	+ 1,5	+ 1,8

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com