



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT251011

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 11/04/2025

Client : CHAUVIN ARNOUX MANUMESURE

Adresse : 8, Avenue du docteur Schweitzer - 69330 MEYZIEU

Numéro de commande : C803 6040 25D 0001

Date de commande : 10/04/2025

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 702767 N° interne : N/A
Type : SST20
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : POWER TEAM
Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière
N° de série : 5407BF7W N° interne : N/A
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,1	198,4	299,1	399,8	501,1	600,4	700,3
Pression mesurée Desccente	0	96,5	196,4	297,1	398,1	499,2	598,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1,9	- 1,6	- 0,9	- 0,2	+ 1,1	+ 0,4	+ 0,3

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com