



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT250368

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 05/02/2025

Client : **MTMI SAS**

Adresse : **Z.A. Les Meilleres - BP 42 - 84160 CADENET**

Numéro de commande : **00000446**

Date de commande : **04/02/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° N/A** N° interne : **N/A**

Type :

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **JUKO**

Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**

N° de série : **5 431 718 954** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101.6	200.2	301.3	402.7	503.4	603.5	700.9
Pression mesurée Desccente	0	98.9	197.6	298.8	399.7	500.2	600.1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1.6	+ 0.2	+ 1.3	+ 2.7	+ 3.4	+ 3.5	+ 0.9

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **L. FENEON**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com