



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°2500941LOC

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 04/04/2025

Client : **HYTORC LOCATION**

Adresse : **179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle**

Numéro de commande : **N/A**

Date de commande : **N/A**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 620001576** N° interne : **N/A**

Type : **EcoJet 10**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **JUKO**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **620001576** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
KELLER type LEX 1			07/11/2025 +/- 1 mois
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			étalonné le 07/11/2024
Manomètre étalonné par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	102,8	201,6	303,5	402,7	503,2	604,4	703,1
Pression mesurée Desccente	0	99,6	197,9	299,4	398,7	499,6	600,3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 2,8	+ 1,6	+ 3,5	+ 2,7	+ 3,2	+ 4,4	+ 3,1

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com