



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°242901

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 16/10/2024

Client : **REWARD MANUTENTION**

Adresse : **Zac Des Chauvet 73100 GRESY SUR AIX**

Numéro de commande : **BPA devis DE00010158**

Date de commande : **10/10/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1533154** N° interne : **N/A**
Type : **AEK 12.2 - 400V**
Désignation : Manomètre à bain huile
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/2" NPT sortie arrière**
N° de série : **9 754 108** N° interne : **N/A**
Etendue de mesure : 0 - 700 Bar
Classe : 1
Erreur maxi admissible en bar : 7
Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1				Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	104.6	203.1	302.8	402.6	502.4	601.9	702.6
Pression mesurée Desccente	0	97.2	195.8	295.4	394.6	494.2	588.6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 4.6	+ 3.1	+ 2.8	+ 2.6	+ 2.4	+ 1.9	+ 2.6

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com