



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°253213

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 17/11/2025

Client : **FIVES NORDON**

Adresse : **78, Avenue du XXème Corps - 54000 NANCY**

Numéro de commande : **4500115688**

Date de commande : **14/11/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 23501016** N° interne : **CEHY0101**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG001120** N° interne : **CEHY 0101**

Étendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEX 1	N° de série 2845	Certif.Étal.N° 24-296-PR-CE	Rattachement COFRAC Date limite de validité 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 Manomètre étalonnée par France métrologie			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97,4	196,8	297,8	399,4	500,8	601,2	701,3
Pression mesurée Desccente	0	96,1	195,3	296,5	397,8	498,7	600,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	-2,6	-3,2	-2,2	-0,6	+0,8	+1,2	+1,3

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com