



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT243543**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 19/12/2024

Client : **TORAY FILMS EUROPE**

Adresse : **PLACE D ARMENIE - 01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST**

Numéro de commande : **BPA devis n°DE00010494**

Date de commande : **19/12/2024**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 51130** N° interne : **N/A**  
Type : **JetPro Air**  
Désignation : **Manomètre à bain huile**  
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**  
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**  
N° de série : **HTG005418** N° interne : **N/A**  
Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**  
Classe : **1**  
Erreur maxi admissible en bar : **7**  
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique <b>KELLER type LEX 1</b>	<b>2845</b>	<b>24-296-PR-CE</b>	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	99.9	200.5	300.9	402.2	502	599.1	701.8
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	96.8	198	299.1	399.6	499.8	599.1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>- 0.1</b>	<b>+ 0.5</b>	<b>+ 0.9</b>	<b>+ 2.2</b>	<b>+ 2.0</b>	<b>- 0.9</b>	<b>+ 1.8</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)