



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°251693**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 17/06/2025

Client : **STE CHARPE**

Adresse : **326, ZA du BION LA COMBE - 38300 MEYRIE**

Numéro de commande : **BPA devis DE00011253**

Date de commande : **12/06/2025**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 2338250015** N° interne : **N/A**

Type : **HY 230**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG028795** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique <b>KELLER type LEO 2</b>	<b>124272</b>	<b>029/PR/1023</b>	COFRAC 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : <b>X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>		Manomètre étalonnée par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	100,1	200,7	301,8	401,9	501,1	602,5	704,1
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	99,3	198,5	299,1	399,3	499,2	599,4	
Pression référence (2) <b>Étalon</b>	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>+ 0,1</b>	<b>+ 0,7</b>	<b>+ 1,8</b>	<b>+ 1,9</b>	<b>+ 1,1</b>	<b>+ 2,5</b>	<b>+ 4,1</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **P. BARDON**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : **contact@hytorc-ce.com** | **hytorc-hustach.com** | **hytorc-services.com**