



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT253241**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 20/11/2025

Client : PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES

Adresse : 5, Rue Paul Sabatier - 71 100 CHALON SUR SAONE

Numéro de command 224556

Date de commande : 20/11/2025

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° 27496310002 N° interne : N/A

Type : JetPro 5.3

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG038318 N° interne : N/A

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb		HR : 43%	
<b>Moyen de mesure</b>							
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité			
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois			
KELLER type LEX 1						étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1				Manomètre étalonné par France métrologie			

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	100,7	202,7	303,6	403,2	503,5	602,9	702,1
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	98,9	200,4	301,5	401,9	502,1	601,3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,7	+ 2,7	+ 3,6	+ 3,2	+ 3,5	+ 2,9	+ 2,1

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)