



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT25318**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 14/11/2025

Client : **DALKIA EN**

Adresse : **TSA 65508, 59784 LILLE**

Numéro de commande : **BC1984542**

Date de commande : **13/11/2025**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 23600301** N° interne : **TA-016A-J2-01**

Type : **Mini Jet**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG051227** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

<b>Conditions climatiques</b>		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	<b>2845</b>	<b>24-296-PR-CE</b>	<b>COFRAC</b>	<b>07/11/2025 +/- 1 mois</b>
KELLER type LEX 1			étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	97,7	198,7	298,6	396,4	499,7	599,2	700,2
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	96,2	197,8	298,1	396,1	496,9	598,3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2,3	- 1,3	- 1,4	- 3,6	- 0,3	- 0,8	+ 0,2

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : A. HUGONNARD

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)