



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT252102**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/07/2025

Client : **CAMPENON BERNARD**

Adresse : **16, Rue du Tempe - 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE**

Numéro de commande : **P00225225004197**

Date de commande : **22/07/2025**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000020387** N° interne : **N/A**  
Type : **JetPro 5.3**  
Désignation : **Manomètre à bain huile**  
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**  
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**  
N° de série : **HTG070519** N° interne : **N/A**  
Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**  
Classe : **1**  
Erreur maxi admissible en bar : **7**  
Diamètre : **100**

<b>Conditions climatiques</b>		Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	<b>2845</b>	<b>24-296-PR-CE</b>	<b>COFRAC</b>	<b>07/11/2025 +/- 1 mois</b>
<b>KELLER type LEX 1</b>				étalonné le 07/11/2024
<b>Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>		<b>Manomètre étalonné par France métrologie</b>		

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	99,2	198,6	299,2	398,4	501,2	602,1	702,9
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	97,12	196,4	297,8	396,1	499,2	599,4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>- 0,8</b>	<b>- 1,4</b>	<b>- 0,8</b>	<b>- 1,6</b>	<b>+ 1,2</b>	<b>+ 2,1</b>	<b>+ 2,9</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **P. BARDON**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)