



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT250821

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/03/2025

Client : **CAMPENON BERNARD**

Adresse : **16, Rue du Tempe - 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE**

Numéro de commande : **N/A**

Date de commande : **N/A**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 3000020386** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG070540** N° interne : **N/A**

Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
-------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------

Moyen de mesure

Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois
KELLER type LEX 1				étalonné le 07/11/2024

Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 **Manomètre étalonné par France métrologie**

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,8	198	298,3	398,4	499	599,4	698,5
Pression mesurée Desccente	0	96,1	196,1	296,1	397,4	497	597,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1,2	- 2,0	- 1,7	- 1,6	- 1,0	- 0,6	- 1,5

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com