



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT253296**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 19/11/2025

Client : ALFA LAVAL VICARB SAS

Adresse : 1, rue Rif Tronchard - BP200 - 38120 FONTANIL CORNILLON

Numéro de commande : PO2585523

Date de commande : 25/11/2025

**Instrument vérifié :**

Repère : Pompe hydraulique N° N/A N° interne : N/A

Type :

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG096278 N° interne : FT-PRESS205

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

<b>Conditions climatiques</b>	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	101,6	202,1	303,2	404,2	504,2	603,8	704,4
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	96,2	197,4	298,7	399,2	499,6	599,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,6	+ 2,1	+ 3,2	+ 4,2	+ 4,2	+ 3,8	+ 4,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)