

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE PV N°HYT261398

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 19/05/2026

Client : **CLYDEUNION**
Adresse : **ZAE de Meythiet, 39, Av du pont de Tasset, 74000 ANNECY**
Numéro de commande : **153-4600121915**
Date de commande : **13/05/2026**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 1542442** N° interne : **CH03**
Type : **AEK 12.3**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **193 202 911** N° interne : **N/A**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%	
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	124272	26-009-PR-CE	COFRAC	08/01/2028 +/- 1 mois
KELLER type LEO2				étalonné le 08/01/2026
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,7	197,7	297,8	400,6	499,7	600,2	700,4
Pression mesurée Descente	0	98,6	195,6	295,4	398,8	498,2	598,5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,7	- 2,3	- 2,2	+ 0,6	- 0,3	+ 0,2	+ 0,4

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	✓
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	✓

Le Technicien : A. HUGONNARD
Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com