



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°243445

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 09/12/2024

Page 1 sur 2

Client : **EDF HYDRO ROMANCHE**

Adresse : **RD1091 - Rond Point de Gavet - 38 220 LIVET ET GAVET**

Numéro de commande : **5500-4310830744**

Date de commande : **09/12/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 2538870002** N° interne : **N/A**

Type : **JetPro 5.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG025968** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
-------------------------------	--------------------------------	-------------	----------

Moyen de mesure

Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois
KELLER type LEX 1				étalonné le 07/11/2024

Vérification suivant les normes ISO : **X07-011 / X07-015 / NF 837-1** Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100.6	200.8	301.4	400.7	502.9	604.5	704.3
Pression mesurée Desccente	0	98.9	197.2	298.3	397.6	499.8	601.5	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0.6	+ 0.8	+ 1.4	+ 0.7	+ 2.9	+ 4.5	+ 4.3

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com