



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°2435219

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 17/12/2024

Client : **GE ENERGY PRODUCTS France SNC**

Adresse : **ZAC Tech'Homm - Réception - Bâtiment 42 - 90 000 BELFORT**

Numéro de commande : **930292929**

Date de commande : **25/11/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 519121** N° interne : **94129**
Type : **HYTORC Air**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **115 150 204** N° interne : **94129**
Etendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC 07/11/2025 +/- 1 mois étalonné le 07/11/2024
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101.2	201.5	301.8	401.6	502.4	602.9	700.3
Pression mesurée Desccente	0	99.7	198.2	297.6	399.2	497.9	598.3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1.2	+ 1.5	+ 1.8	+ 1.6	+ 2.4	+ 2.9	+ 0.3

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : L. FENEON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com