



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2530912

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 05/11/2025

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**
Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**
Numéro de commande : **4900532820**
Date de commande : **15/09/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N°520182** N° interne :
Type : **JetPro Air**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **115 151 611** N° interne : **95111**
Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**
Classe : **1**
Erreur maxi admissible en bar : **7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 20°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	2845	24-296-PR-CE	COFRAC	07/11/2025 +/- 1 mois	
KELLER type LEX 1				étalonné le 07/11/2024	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	99,8	200,1	300,2	399,8	500,6	301,2	682,3
Pression mesurée Descente	0	96,4	197,1	297,4	396,8	498,1	598,6	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	680
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 0,2	+ 0,1	+ 0,2	- 0,2	+ 0,6	- 298,8	+ 2,3

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	X
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	X

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com