



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT251033

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 16/04/20258

Client : GE ENERGY PRODUCTS

Adresse : ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT

Numéro de commande : 930296193

Date de commande : 09/04/20258

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 518756 N° interne : N/A

Type : RSST20

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : 125 253 758 N° interne : 95349

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
------------------------	--------------------------------	-------------	----------

Moyen de mesure

Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC	30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023

Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	103,2	202,6	302,4	403,3	503,5	601,8	700,7
Pression mesurée Desccente	0	99,2	198,2	297,2	395,3	496,8	595,8	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 3,2	+ 2,6	+ 2,4	+ 3,3	+ 3,5	+ 1,8	+ 0,7

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com