



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT253071

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 03/11/2025

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**

Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**

Numéro de commande : **4900532820**

Date de commande : **15/09/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N°71** N° interne : **A03262001**

Type : **QAS**

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **132 350 239** N° interne : **95301**

Étendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97,4	201	302,4	404,6	502	603,8	688,1
Pression mesurée Desccente	0	99,8	197,5	298,3	401,1	498,5	599,1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	685
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2,6	+ 1,0	+ 2,4	+ 4,6	+ 2,0	+ 3,8	+ 3,1

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	N/A
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	N/A

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com