



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2530917

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 05/11/2025

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**

Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**

Numéro de commande : **4900532820**

Date de commande : **15/09/2025**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N°506338** N° interne :

Type : **JetPro Air**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG004270** N° interne : **96023**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 20°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	24-296-PR-CE	COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie
étalonné le 07/11/2024			

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,6	200,4	301,4	402,4	502,9	603,2	683,4
Pression mesurée Desccente	0	95,8	197,4	298,6	398,5	498,7	599,3	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	680
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1,4	+ 0,4	+ 1,4	+ 2,4	+ 2,9	+ 3,2	+ 3,4

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Maintenance et contrôle de bon fonctionnement du groupe	X
Nettoyage et contrôle d'intégrité du flexible	X

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com