



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2505511

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 24/02/2025

Client : GE ENERGY PRODUCTS

Adresse : ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT

Numéro de commande : 930295036

Date de commande : 21/02/2025

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° N/A N° interne : N/A

Type :

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG050798 N° interne : 94831

Etendue de mesure : 0 - 700 Bar

Classe : 1

Erreur maxi admissible en bar : 7

Diamètre : 100

| Conditions climatiques | Température d'étalonnage : 24° | PA : 960 mb | HR : 43% |
|--|--------------------------------|----------------|---|
| Moyen de mesure | | | |
| Marque et type | N° de série | Certif.Étal.N° | Rattachement |
| Manomètre numérique | 124272 | 029/PR/1023 | COFRAC |
| KELLER type LEO 2 | | | 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023 |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 | | | Manomètre étalonné par France métrologie |

Résultats :

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pression mesurée (1) Montée | 0 | 97,2 | 199,3 | 299,2 | 398,3 | 502,5 | 602,1 | 703,3 |
| Pression mesurée Desccente | 0 | 95,1 | 196,2 | 297,5 | 395,4 | 499,4 | 599,2 | |
| Pression référence (2) Étalon | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Écarts maxi : (1)-(2) | 0 | - 2,8 | - 0,7 | - 0,8 | - 1,7 | + 2,5 | + 2,1 | + 3,3 |

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : P. BARDON

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com