



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT232707

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 27/09/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **93028060061**

Date : **30/08/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 520182** N° interne :

Type : **JetPro Air**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **115 151 611** N° interne : **95111**

Etendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure				
Marque et type	N° de série	Certif. Étal. N°	Rattachement	Date limite de validité
Manomètre numérique KELLER type LEX 1	2845	065/PR/1022	COFRAC	20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	101,6	201,6	300,1	399,6	499,1	600,1	699,6
Pression mesurée Descente	0	95,7	195,9	294,5	393,7	493,6	594,4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 1,6	+ 1,6	+ 0,1	- 0,4	- 0,9	+ 0,1	- 0,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com