



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°HYT2327213**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 2909/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **93028060061**

Date : **30/08/2023**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 90026081** N° interne :

Type : **JetPro 10.3**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **125 251 915** N° interne : **97635**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEX 1	N° de série 2845	Certif.Étal.N° 065/PR/1022	Rattachement COFRAC
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			
Manomètre étalonné par France métrologie			

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	104.5	204.1	305.6	406.6	506.4	606.2	706.5
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	97.8	198.2	299.4	397.8	498.6	599.1	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>+ 4.5</b>	<b>+ 4.1</b>	<b>+ 5.6</b>	<b>+ 6.6</b>	<b>+ 6.4</b>	<b>+ 6.2</b>	<b>+ 6.5</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)