



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2430920

Belfort, le 04/11/2024

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**

Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**

Numéro de commande : **930290064**

Date de commande : **23/07/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 07655506** N° interne :

Type : **JetPro Air**

Désignation : **Manomètre sans bain huile**

Constructeur : **QUALITORC**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **FR13209494** N° interne : **96345**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,4	200,8	300,2	400,1	500,4	602,6	704,2
Pression mesurée Desccente	0	96,2	198,7	299,1	397,8	498,6	599,7	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1,6	+ 0,8	+ 0,2	+ 0,1	+ 0,4	+ 2,6	+ 4,2

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com