



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°HYT2430913

Belfort, le 04/11/2024

Client : **GE ENERGY PRODUCTS**

Adresse : **ZAC TECH HOMM RECEPTION BAT 42 90000 BELFORT**

Numéro de commande : **930290064**

Date de commande : **23/07/2024**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 707688** N° interne :

Type : **QAS**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **132 350 239** N° interne : **95301**

Étendue de mesure : **0 - 700 Bar**

Classe : **1**

Erreur maxi admissible en bar : **7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	100,2	202,1	301,3	402,1	503,8	603,8	703,4
Pression mesurée Desccente	0	99,8	199,4	297,1	398,6	499,7	600,2	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	+ 0,2	+ 2,1	+ 1,3	+ 2,1	+ 3,8	+ 3,8	+ 3,4

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : **C. GOUX**

Le Responsable Technique : **D.HUSTACHE**

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : **contact@hytorc-ce.com** | **hytorc-hustach.com** | **hytorc-services.com**