

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°232689

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25/09/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **93028060061**

Date : **30/08/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 07655480** N° interne : **N/A**
 Type : **JetPro Air**
 Désignation : **Manomètre à bain huile**
 Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
 Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
 N° de série : **163 601 087** N° interne : **94977**
 Étendue de mesure : **0-700Bars**
 Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**
 Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure			
Marque et type Manomètre numérique KELLER type LEX 1	N° de série 2845	Certif.Étal.N° 065/PR/1022	Rattachement COFRAC
Date limite de validité 20/10/2023 +/- 1 mois étalonné le 20/10/2022			
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	97.8	199.6	301.2	400.1	500.4	599.8	700.6
Pression mesurée Descente	0	93.6	194.1	295.2	397.2	495.8	593.4	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2.2	- 0.4	+ 1.2	+ 0.1	+ 0.4	- 0.2	+ 0.6

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com