



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE

PV N°HYT2326927

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 26/09/2023

Client : **GE Energy Products France snc**
Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**
N° de commande : **93028060061**
Date : **30/08/2023**

Instrument vérifié :

Repère : **Pompe hydraulique N° 506338** N° interne :
Type : **JetPro Air**
Désignation : **Manomètre à bain huile**
Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**
Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**
N° de série : **HTG 004 270** N° interne : **96023**
Étendue de mesure : **0-700Bars**
Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**
Diamètre : **100**

Conditions climatiques		Température d'étalonnage : 24°		PA : 960 mb	HR : 43%
Moyen de mesure					
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement	Date limite de validité	
Manomètre numérique	2845	065/PR/1022	COFRAC	20/10/2023 +/- 1 mois	
KELLER type LEX 1				étalonné le 20/10/2022	
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1			Manomètre étalonnée par France métrologie		

Résultats :

Pression mesurée (1) Montée	0	98,2	199,2	300,2	401,8	503,6	604,6	700,6
Pression mesurée Descente	0	93,6	193,4	294,3	396,6	497,8	598,7	
Pression référence (2) Étalon	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 1,8	- 0,8	+ 0,2	+ 1,8	+ 3,6	+ 4,6	+ 0,6

Commentaire : **L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.**

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com