



CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE

PV N°HYT2327122

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 28/09/2023

Client : GE Energy Products France snc

Adresse : Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT

N° de commande : 93028060061

Date : 30/08/2023

Instrument vérifié :

Repère : Pompe hydraulique N° 508119 N° interne :

Type : JetPro Air

Désignation : Manomètre à bain huile

Constructeur : HYTORC TECHNOLOGIES

Type / Raccord : 1/4" NPT sortie arrière

N° de série : HTG050798 N° interne : 94831

Etendue de mesure : 0-700Bars

Classes-en % EM : 1% erreur admissible en bars = 7

Diamètre : 100

| Conditions climatiques | Température d'étalonnage : 24° | PA : 960 mb | HR : 43% |
|--|--------------------------------|--|------------------------|
| Moyen de mesure | | | |
| Marque et type | N° de série | Certif. Étal. N° | Rattachement |
| Manomètre numérique KELLER type LEX 1 | 2845 | 065/PR/1022 | COFRAC |
| Date limite de validité | | | 20/10/2023 +/- 1 mois |
| | | | étalonné le 20/10/2022 |
| Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 | | Manomètre étalonné par France métrologie | |

Résultats :

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pression mesurée (1) Montée | 0 | 101,8 | 202,2 | 301,6 | 402,6 | 502,2 | 602,8 | 703,4 |
| Pression mesurée Descente | 0 | 95,9 | 196,7 | 295,8 | 396,7 | 496,3 | 596,9 | |
| Pression référence (2) Étalon | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Écarts maxi : (1)-(2) | 0 | + 1,8 | + 2,2 | + 1,6 | + 2,6 | + 2,2 | + 2,8 | + 3,4 |

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com