



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°233311**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 27/11/2023

Client : **GE Energy Products France snc**

Adresse : **Bat 42 Maintenance Avenue des sciences et de l'industrie, 90007 BELFORT**

N° de commande : **930283212**

Date : **22/11/2023**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° 513381** N° interne : **N/A**

Type : **HYTORC Air**

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **HTG005515** N° interne : **96034**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique KELLER type LEO 2	124272	029/PR/1023	COFRAC 30/10/2024 +/- 1 mois étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1		Manomètre étalonné par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	97.1	198.6	300.6	402.6	501.8	601.4	703.6
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	95.2	196.8	296.6	397.2	499.1	599.6	
Pression référence (2) <b>Étalon</b>	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	- 2.9	- 1.4	+ 0.6	+ 2.6	+ 1.8	+ 1.4	+ 3.6

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : **contact@hytorc-ce.com** | **hytorc-hustach.com** | **hytorc-services.com**