



**CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE**  
**PV N°242423**

Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 29/08/2024

Client : **SCHOELLER ALLIBERT**

Adresse : **Route en Doraise, 01460 NURIEUX VOLOGNAT**

Numéro de commande : **P100133220**

Date de commande : **28/08/2024**

**Instrument vérifié :**

Repère : **Pompe hydraulique N° N/A** N° interne : **N/A**

Type :

Désignation : **Manomètre à bain huile**

Constructeur : **HYTORC TECHNOLOGIES**

Type / Raccord : **1/4" NPT sortie arrière**

N° de série : **Dia60** N° interne : **N/A**

Étendue de mesure : **0-700Bars**

Classes-en % EM : **1% erreur admissible en bars = 7**

Diamètre : **100**

Conditions climatiques	Température d'étalonnage : 24°	PA : 960 mb	HR : 43%
<b>Moyen de mesure</b>			
Marque et type	N° de série	Certif.Étal.N°	Rattachement
Manomètre numérique	<b>124272</b>	<b>029/PR/1023</b>	COFRAC
<b>KELLER type LEO 2</b>			<b>30/10/2024 +/- 1 mois</b> étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : <b>X07-011 / X07-015 / NF 837-1</b>		Manomètre étalonné par France métrologie	

**Résultats :**

Pression mesurée (1) <b>Montée</b>	0	97,4	202	298,6	397,8	496,1	595,3	697,1
Pression mesurée <b>Desccente</b>	0	93,4	193,8	295,6	393,2	498,8	599,1	
Pression référence (2) <b>Étalon</b>	0	100	200	300	400	500	600	700
Écarts maxi : (1)-(2)	0	<b>- 2,6</b>	<b>+ 2,0</b>	<b>- 1,4</b>	<b>- 2,2</b>	<b>- 3,9</b>	<b>- 4,7</b>	<b>- 2,9</b>

Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.

Le Technicien : C. GOUX

Le Responsable Technique : D.HUSTACHE

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : [contact@hytorc-ce.com](mailto:contact@hytorc-ce.com) | [hytorc-hustach.com](http://hytorc-hustach.com) | [hytorc-services.com](http://hytorc-services.com)